



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL
ESTADO DE MORELOS

COORDINACIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN Y ADMINISTRACIÓN

Dirección General de Administración.

Dirección de Recursos Materiales.

JUNTA DE ACLARACIONES

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL PRESENCIAL LP15/2025

En Cuernavaca, Morelos, siendo las once horas del día veintiséis de junio del año dos mil veinticinco, día y hora señalado para que tenga verificativo la Junta de Aclaraciones del procedimiento de Licitación Pública Nacional Presencial LP15/2025 **"Adquisición de mobiliario, reactivos, material y equipo de laboratorio y aire acondicionado para la Universidad Autónoma del Estado de Morelos"**, se hace constar que a la sesión asisten:

Por la convocante: -----

Mtra. Sabrina del Carmen Sánchez Sánchez. - Directora General de Administración. -----

Lic. Gabriela Muñoz Brito. - Directora de Recursos Materiales. -----

Lic. Gabriela Salgado Pérez. - Coordinadora de Ingresos -----

C.P. Julio Cesar Domínguez Hidalgo. - Técnico Especializado de la Dirección de Recursos Materiales. -----

Por la Consejería Jurídica de la UAEM: -----

Se hace constar que no asiste representante alguno. -----

Por la Oficina de la Abogacía General de la UAEM: -----

Se hace constar que no asiste representante alguno. -----

Por el Órgano Interno de Control: -----

Lic. Jorge Luis Avilés Jaimes. - Jefe de Departamento de Quejas, Sanciones e Inconformidades. -----

Por los licitantes: -----

Clima Ideal S.A. de C.V. representada por Pamela Amairani Juárez Martínez. -----

Control Técnico y Representaciones S.A. de C.V. representada por Emmanuel Esay García Molina .-----

Distribuidora Arvijo S.A. de C.V. representada por Perla Archundia Díaz.-----

Aclaraciones de la Convocante -----

1. Se hace la aclaración que la documentación relativa a **Bases y Junta de Aclaraciones** del presente procedimiento en formato Word, se proporcionará al licitante que manifieste su interés en participar mediante el escrito que se menciona en el Apartado II. Información específica del procedimiento, numeral 1. Acto de Junta de Aclaraciones, inciso A) de las Bases de la Licitación, y así lo solicite mediante correo electrónico a las siguientes direcciones julio_dominguez@uaem.mx y licitaciones.drm@uaem.edu.mx. -----
2. Se agregan 23 partidas al Anexo no. 1 "Especificación técnica de los bienes" de las Bases de Licitación. En consecuencia, dicho anexo consta de **387 partidas**. -----





UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL
ESTADO DE MORELOS

COORDINACIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN Y ADMINISTRACIÓN

Dirección General de Administración.

Dirección de Recursos Materiales.

Rubro	Partida	Unidad Solicitante	Cantidad	Unidad de medida	Descripción	Modelo	Medidas	Color
Mobiliario	365	Centro De Investigaciones Biológicas	1	Pza	Mueble de computo Cubierta de melamina de 120x60cm, porta teclado y porta cpu fabricada en perfil de acero de 1 1/4" con marco de 2" x 1" cubierta de melamina de 19mm y cantos en modular t. Con porta teclado y porta cpu con correderas de extensión y seguro."		1.20x.60x .75 mts	Blanco
Mobiliario	366	Centro De Investigaciones Biológicas	11	Pza	Silla de visita Estructura fabricada en tubular ovalado de 5/8" x 1 1/8" cal. 18 con acabado en pintura horneada micropulverizada color negro semimate texturizada, asiento con hule espuma de poliuretano flexible de 24kg/m de densidad, respaldo y asiento acoljinado"		5/8" x 1 1/8"	Negro
Materiales	17-2V	Facultad De Enfermería	1	Pza	Genesys 30 vis with usa power cable, thermo uv-vis			
Mobiliario	28-2V	Facultad De Derecho Y Ciencias Sociales	3	Pza	Silla estructura de madera de pino de primera, horneada y sin nudos. El acolchamiento es de hule espuma que excede los 30kg de densidad, siendo 24kg el estándar recomendado. Las patas son de pino natural. Está tapizado con poliéster de hilo cerrado con backing de algodón material: madera de pino, hule espuma, delcrón, poliéster. Medidas: fr 90 cm x fon 75 cm x alt 85 cm	ESMERALDA		
Materiales	35-2V	Dirección General De Infraestructura	1	Pza	Bastón de 3.1 m marca apex con funda. Incluye adaptador de rosca a entrada leica			
Materiales	39-2V	Facultad De Ciencias Del Deporte	2	Pza	"Saco de box colgante con gancho y cadena. Marca: zensukye Material: hecho de cuero y lona de pu. Medida: 120 cm x 35 cm Incluye 1 mosquetón de conexión, 1 cadena de acero inoxidable"			
Materiales	42-2V	Facultad De Ciencias Del Deporte	6	Pza	Escalera de agilidad de 8 escalones. Marca: yes4all Material: nylon y escalones de plásticos robustos. Escalones ajustables.			
Materiales	43-2V	Facultad De Ciencias Del Deporte	10	Rollo	(Afbs-2015-6mm) piso de hule en rollo (15% chispas) rollo de caucho 85% sbr negro reciclado + 15% de chispas de epdm. Medidas: 10m de largo x 1m de ancho y 6mm de espesos.			
Materiales	44	Facultad De Ciencias Del Deporte	4	Pza	(Af-peg-lidrz) pegamento liderz voch 100 lata 17 lts			
Materiales	45-2V	Facultad De Arquitectura	2	Pza	Bastón para prisma de 3.5 mts de aluminio			
Materiales	47-2V	Facultad De Arquitectura	2	Pza	Tripode para bastón marca geosurv mod. 35002			
Material y Equipo de Laboratorio	145	Facultad De Enfermería	2	Paquete	Punzocat, cateter intravenoso periférico de fluoropolímero no radiopaco estéril y desechable. 18gx25mm, marca: vizcarra			
Material y Equipo de Laboratorio	146-2V	Facultad De Enfermería	2	Paquete	Punzocat, cateter intravenoso periférico de fluoropolímero no radiopaco estéril y desechable. 22gx25mm			
Material y Equipo de Laboratorio	147-2V	Facultad De Enfermería	2	Paquete	Punzocat, catéter intravenoso periférico desechable, atóxico, libre de pirógenos, 24gx3/4" (20mm) aguja de punción 26g (amarillo), marca vizcarra			
Material y Equipo de Laboratorio	149-2V	Facultad De Enfermería	10	Pza	Bolsa desechable para ileostomía o colostomía tamaño adulto			
Mobiliario	250-2V	Facultad De Diseño	10	Pza	Sillera multiusos modelo 10033, 82 x 53 cm, color negro			
Mobiliario	252-2V	Facultad De Diseño	60	Pza	Sillera multiusos modelo 10016 ms, 89 x 54 cm, color rosa			
Mobiliario	254-2V	Facultad De Diseño	4	Pza	Sala esmeralda 1 plaza 75 x 90 x 85, color amarillo			
Laboratorio	257-2V	Facultad De Derecho Y Ciencias Sociales	2	Pza	Kit de criminalística premium marca jjcriminalistica			
Materiales	270-2V	Facultad De Enfermería	1	Pza	Exhibidor para 10 garrafones azul			



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL
ESTADO DE MORELOS

COORDINACIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN Y ADMINISTRACIÓN

Dirección General de Administración.

Dirección de Recursos Materiales.

Rubro	Partida	Unidad Solicitante	Cantidad	Unidad de medida	Descripción	Modelo	Medidas	Color
Mobiliario	272-2V	Facultad De Enfermería	3	Pza	Rack amplio para almacenamiento - repisas de alambre, 60 x 24 x 48", 152 x 61 x 122 cm			
Reactivos	295-2V	Escuela De Técnicos Laboratoristas	1	Pza	Benzaldehido 100 gr			
Reactivos	362-2V	Escuela De Técnicos Laboratoristas	1	Pza	Tetracloruro de carbono 1 lt			

3. **Anexo 1 "Especificación Técnica de los Bienes"** de las bases de licitación, **partida 3** sólo se requiere **1 pieza**.
4. **Anexo 1 "Especificación Técnica de los Bienes"** de las bases de licitación, **partida 196** se **aumentan 2 piezas**, se requieren en **total 3 piezas**.
5. El archivo electrónico que contendrá la propuesta técnica y económica, deberá presentarse en el formato proporcionado como "**archivo excel descargable**", se publicará el día de hoy en el sitio web de la Universidad www.uaem.mx, y contendrá las modificaciones y adiciones realizadas en la presente Junta de Aclaraciones y se podrá solicitar por correo electrónico a las siguientes direcciones julio_dominguez@uaem.mx y licitaciones.drm@uaem.edu.mx
6. Se precisa que las **marcas y modelos** que se mencionan en el **Anexo 1 "Especificación técnica de los Bienes"** de las bases de licitación **son de referencia** por lo que, los licitantes **podrán ofertar otras marcas y modelos siempre que cumplan con las especificaciones técnicas solicitadas para cada rubro de bienes**, las cuales estarán sujetas a la evaluación técnica y aceptación de las áreas requirentes de los bienes.
7. La convocante proporcionará isométrico o imagen de referencia de las partidas del rubro de mobiliario a través del "**archivo isométricos**" el cual se publicará el día de hoy en el sitio web de la Universidad www.uaem.mx, y contendrá las modificaciones y adiciones realizadas en la presente Junta de Aclaraciones y se podrá solicitar por correo electrónico a las siguientes direcciones julio_dominguez@uaem.mx y licitaciones.drm@uaem.edu.mx.
8. Para las partidas del rubro de mobiliario el licitante **deberá precisar en su propuesta técnica la gama de colores disponibles**, mismos que se definirán en los contratos pedidos del proveedor que resulte adjudicado.
9. Apartado VI. Observaciones para el proveedor adjudicado, numeral 3 Garantía de cumplimiento, **la forma de garantizar el cumplimiento de las obligaciones** en caso de resultar adjudicado, será **mediante fianza** expedida por una institución autorizada en los términos de la Ley de Instituciones de Seguros y Fianzas o **mediante cheque certificado o de caja** expedidos en favor de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, por el 10% (diez por ciento) del importe total del contrato pedido sin considerar el I.V.A y antes de cualquier





UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL
ESTADO DE MORELOS

COORDINACIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN Y ADMINISTRACIÓN

Dirección General de Administración.

Dirección de Recursos Materiales.

descuento y deberá presentarse dentro de los diez días siguientes a la firma del contrato pedido. -----

10. Los proveedores que oferten partidas del rubro de Aire Acondicionado, deberán cumplir con los requerimientos establecidos por la Dirección de Mantenimiento y Conservación, para el suministro e instalación, mismos que se publicaran el día de hoy en el sitio web de la Universidad www.uaem.mx, y contendrá las modificaciones y adiciones realizadas en la presente Junta de Aclaraciones y se podrá solicitar por correo electrónico a las siguientes direcciones julio_dominguez@uaem.mx y licitaciones.drm@uaem.edu.mx -----

Se hace constar que el plazo para presentar solicitudes de aclaración **concluyó a las once horas del día veinticinco de junio** del actual, siendo las personas físicas y morales que manifestaron su interés en participar y enviaron solicitudes de aclaración dentro del plazo señalado con las formalidades establecidas en el Apartado II. Información específica del procedimiento, numeral 1. Acto de Junta de Aclaraciones, incisos A) y B) de las Bases de Licitación, las siguientes: -----

Licitante	Escrito de interés	Solicitud de aclaración	Fecha de recepción	Hora de recepción	Medio electrónico
Lina Arcelia Pacheco Carreón	Si	No	20/06/2025	15:40	julio_dominguez@uaem.mx
Master Leav S.A. de C.V.	Si	No	23/06/2025	12:34	licitaciones.drm@uaem.edu.mx julio_dominguez@uaem.mx
Científica Vela Quin S. de R.L. de C.V.	Si	No	24/06/2025	10:35	licitaciones.drm@uaem.edu.mx julio_dominguez@uaem.mx
Clima Ideal S.A. de C.V.	Si	No	24/06/2025	16:06	julio_dominguez@uaem.mx
Detección Molecular y Asesoría Analítica S.A. de C.V.	Si	Si	24/06/2025	21:57	licitaciones.drm@uaem.edu.mx julio_dominguez@uaem.mx
Control Técnico y Representaciones S.A. de C.V.	Si	Si	25/06/2025	10:09	licitaciones.drm@uaem.edu.mx julio_dominguez@uaem.mx
Distribuidora Arvijo S.A. de C.V.	Si	Si	25/06/2025	10:33	licitaciones.drm@uaem.edu.mx julio_dominguez@uaem.mx





UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL
ESTADO DE MORELOS

COORDINACIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN Y ADMINISTRACIÓN

Dirección General de Administración.

Dirección de Recursos Materiales.

Skill Technology S.A. de C.V.	Si	Si	25/06/2025	10:56	licitaciones.drm@uaem.edu.mx julio_dominguez@uaem.mx
-------------------------------	----	----	------------	-------	--

A continuación, se da respuesta a las solicitudes de aclaración formuladas por los licitantes **Detección Molecular y Asesoría Analítica S.A. de C.V., Control Técnico y Representaciones S.A. de C.V., Distribuidora Arvijo S.A. de C.V. y Skill Technology S.A. de C.V.**

-----Aclaraciones de los licitantes-----

A. Preguntas del licitante **Detección Molecular y Asesoría Analítica S.A. de C.V.**

No	PREGUNTA	RESPUESTA
1	PARTIDA 1 SOLICITAN INCUBADORA DE CO2 5.8FT3 (165LT) +3/55°C VIOS 160L ACERO INOXIDABLE C/CIERRE DE PUERTA MEJORADO, 120 HERATHERM INCLUYE: REGULADOR DE GAS CO2 PARA USO CON INCUBADORAS ISOTEMP Y ANPCO SERIE 8000 THERMO SCIENTIFIC CAT: 965010 FILTRO HEPA HERACELL VIOS, THERMO SCIENTIFIC CA: 50141920 SERVICIO DE ARMADO, PUESTA EN MARCHA Y CAPACITACIÓN EN USO DE INCUBADORA DE CO2, INCLUYE MEDICIONES DE CO2 Y TEMP. CAT: ICO2- INBAS MARCA: THERMO SCIENTIFICS SE SOLICITA AL CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR EL PRODUCTO CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: CATALOGO 51036154 INCUBADORA DE CO 2 VIOS IDX 165 L MATERIAL DE LA CÁMARA: ACERO INOXIDABLE ELECTROPULIDO TECNOLOGÍA DEL SENSOR DE CO2: SENSOR TC, CAPACIDAD 5,8 PIES CÚBICOS 165 LITROS INCLUYE: REGULADOR DE CO2 CON MANOMETRO DE BAJA PRESIÓN (60 LB/4.0 K) PARA INCUBADORAS DE CO2 FILTRO HEPA PARA INCUBADORA HERACELL VIOS 160 MARCA: THERMO SCIENTIFIC.	Se acepta
2	PARTIDA 3: SOLICITAN BALANZA SEMI ANALÍTICA DE 200 GRS, MARCA ROCA. SOLICITAMOS AL CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR BALANZA SEMI-ANALÍTICA SERIE PR (1.0MG) PR223/E, DE 220 GRS. CATÁLOGO OHS-30529239.	Confirmo que la Dra. Gabriela Beltrán, responsable del Proyecto, está de acuerdo con la oferta BALANZA SEMI-ANALÍTICA SERIE PR (1.0MG) PR223/E, DE 220 GRS. CATÁLOGO OHS-30529239.
3	PARTIDA 57: SOLICITAN; CATGUT CRÓMICO 3-0 CAJA CON 12 PIEZAS SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE PERMITA OFERTAR: SUTURAS QUIRURGICAS CATGUT CRÓMICO, USP 3-0 / EP	Se acepta
4	PARTIDA 58 Y 60: SOLICITAN: ESPEJOS VAGINALES, SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS ACLARE: SI LOS REQUIERE DESECHABLE O DE ACERO INOXIDABLE.	Desechables
5	PARTIDA: 61, SOLICITAN: MARCA LEROY EN 3 CAJAS CON 150 PIEZAS CADA UNA SE SOLICITA A LA CONVOCANTE PODER OFERTA: GASA SIMPLE ESTERIL. 10 X 10cm. MARCA: QUIRMEX, EN PAQUETES DE 10 PZAS., ENTREGANDO UN TOTAL DE 45 PAQUETES DE 10 PIEZAS CADA UNO PARA CUBRIR EL MONTO SOLICITADO.	Se acepta
6	PARTIDA 70: SOLICITAN AGUJA DE 3 ML CON AGUJA NIPRO SE SOLICITA A LA CONVOCANTE: NOS ESPECIFIQUE EL GAUGE Y LONGITUD DE LA AGUJA REQUERIDA.	21g x 1-1/4
7	PARTIDA 71: SOLICITAN AGUJA DE 5 ML CON AGUJA NIPRO SE SOLICITA A LA CONVOCANTE: NOS ESPECIFIQUE EL GAUGE Y LONGITUD DE LA AGUJA REQUERIDA.	21g x 1-1/4
8	PARTIDA 72: SOLICITAN AGUJA DE 10 ML CON AGUJA NIPRO SE SOLICITA A LA CONVOCANTE: NOS ESPECIFIQUE EL GAUGE Y LONGITUD DE LA AGUJA REQUERIDA.	21g x 1-1/4
9	PARTIDA 78: SOLICITAN: PUNZOCAT CALIBRE 20 NIPRO, SE SOLICITA A LA CONVOCANTE: PODER OFERTAR CATETER CAL. 20 G LONG. 28-34 MM MARCA: DL.	Se acepta
10	PARTIDA 79: SOLICITAN: PUNZOCAT CALIBRE 22 NIPRO, SE SOLICITA A LA CONVOCANTE: PODER OFERTAR CATETER P/ VENOCLISIS RADIOPACO DE POLIURETANO CALIBRE 22 G X 23- 27MM (AZUL) MARCA: SUMITEX, CAJA CON 50 PIEZAS.	Se acepta
11	PARTIDA 80: SOLICITAN: PUNZOCAT CALIBRE 24 NIPRO, SE SOLICITA A LA CONVOCANTE: PODER OFERTAR CATETER CAL. 24 G LONG. 17-24 MM (INCATH) DL.	Se acepta



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL
ESTADO DE MORELOS

COORDINACIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN Y ADMINISTRACIÓN

Dirección General de Administración.

Dirección de Recursos Materiales.

12	PARTIDA 82: SOLICITAN, SUTURA NYLON 4.0 CAJA CON 12 PIEZAS, SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE PERMITA OFERTAR: SUTURA NYLON USP 4-0, 12MM CAJA CON 12 PIEZAS CON LA LEYENDA "SECTOR SALUD" EN CADA PIEZA.	Se acepta
13	PARTIDA 83: SOLICITAN, SUTURA NYLON 3.0 CAJA CON 12 PIEZAS, SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE PERMITA OFERTAR: SUTURA SINTETICAS NO ABSORBIBLES. MONOFILAMENTO DE NYLON, CON AGUJA. LONGITUD DE LA HEBRA 75 CM. CALIBRE DE LA SUTURA 3-0, CARACTERISTICAS DE LA AGUJA 3/8 DE CIRCULO, CORTANTE (19 - 26 MM) CAJA CON 12 PIEZAS CON LA LEYENDA "SECTOR SALUD" EN CADA PIEZA.	Se acepta
14	PARTIDA 84: SOLICITAN, SUTURA NYLON 2.0 CAJA CON 12 PIEZAS, SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE PERMITA OFERTAR: SUTURA SINTETICAS NO ABSORBIBLES. MONOFILAMENTO DE NYLON, CON AGUJA. LONGITUD DE LA HEBRA 75 CM. CALIBRE DE LA SUTURA 2-0, CARACTERISTICAS DE LA AGUJA 3/8 DE CIRCULO, CORTANTE (19 - 26 MM) CAJA CON 12 PIEZAS CON LA LEYENDA "SECTOR SALUD" EN CADA PIEZA.	Se acepta
15	PARTIDA 86 LA CONVOCANTE SOLICITA: TERMOMETROS CLINICOS DE MERCURIO CAJA (10) PIEZAS.SOLICITO NOS PERMITA OFERTAR: TERMOMETROS CLINICOS DE MERCURIO CAJA (12) PIEZAS. MARCA: TERMO FLU	Se acepta
16	PARTIDA 93 LA CONVOCANTE SOLICITA: VASO HUMIFICADOR PARA TANQUE DE OXIGENO 350 ML.SOLICITO NOS PERMITA OFERTAR: VASO HUMIDIFICADOR 6LPM (PSI) 500 ML MARCA: HANDY.	Se acepta
17	PARTIDA 124: SOLICITAN BANDITAS ADHESIVAS CIRCULARES CUREBAND, CAT. 503500, SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE IDENTIFICAR QUE EL CATALOGO CORRESPONDE A LA MARCA PROTEC(DEGASA), POR LO CUAL SOLICITAMOS OFERTAR BANDITAS ADHESIVAS CIRCULARES CAT. 503500, MARCA PROTEC(DEGASA)	No se acepta
18	PARTIDA 133: SOLICITAN: CATALOGO: DOA-154 PRUEBA RAPIDA ANTIDOPING 5 PARAMETROS (THC/COC/AMP/MET/OPI), MARCA CERTUM, SE SOLICITA A LA CONVOCANTE PODER OFERTAR: CATALOGO : DOA-154-F PANEL MULTIDROGAS FAST (RESULTADOS EN 1 MINUTO) DE 5 PARÁMETROS (THC/COC/AMP/MET/OPI) - CAJA CON 25 PRUEBAS - CERTUM, CORRESPONDIENTE A LO QUE SOLICITAN.	No se acepta
19	PARTIDA 138: SOLICITAN: TUBO PARA TOMA Y RECOLECCION DE SANGRE 13 X 100 ML TAPON ORO DE 5 ML MARCA WEGO SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR: TUBO BD VACUTAINERSSTM PARA SUERO CON GEL SEPARADOR, TAPON ORO 5 ML. CATALOGO: 368159, MARCA: BD	No se acepta
20	PARTIDA 141 LA CONVOCANTE SOLICITA: SILLA CON RESPALDO EN MALLA Y ASIENTO CON ESPUMA DE POLIURETANO INYECTADO. TAPIZADO EN TELA MESH MECANISMO EJECUTIVO CON AJUSTE DE ALTURA Y BLOQUEO DE RECLINAMIENTO. SOLICITO NOS PERMITA OFERTAR: SILLA CON RESPALDO EN MALLA Y ASIENTO TAPIZADO EN TELA POLIPROPILENO 100 % CON RESINA ACRILICA, MECANISMO EJECUTIVO CON AJUSTE DE ALTURA Y BLOQUEO DE RECLINAMIENTO. MARCA: MEDITEMS.	Contestada en aclaración número 6 de la convocante
21	PARTIDA 142 LA CONVOCANTE SOLICITA: ANAQUEL FABRICADO EN METAL 5 ENTREPÁÑOS CAL. 22 Y 4 POSTES CAL 14.SOLICITO NOS PERMITA OFERTAR: ANAQUEL FABRICADO EN METAL 5 ENTREPÁÑOS CAL 22 Y 4 POSTES CAL 14 ACABADO EN PINTURA. DIMENSIONES: 91 CM X 45 CM X 220 CM DE ALTURA. MARCA MEDITEMS.	Contestada en aclaración número 6 de la convocante
22	PARTIDA 143 LA CONVOCANTE SOLICITA: SILLA EJECUTIVA RESPALDO Y ASIENTO CURPIEL.SOLICITO NOS PERMITA OFERTAR: SILLON EJECUTIVO PIEL KOROVO, ASIENTO Y RESPALDO EN HULE TIPO AGLUTINADO DE 5 CMS DE ESPESOR; TAPIZADO EN VINIPIEL COLOR NEGRO UNICAMENTE BRAZOS FIJOS DE NYLON. MECANISMO RECLINABLE CON ALTURA AJUSTABLE Y PERILLA PARA AJUSTAR LA SUAVIDAD DE RECLINACION. BASE ESTRELLA DE 5 PUNTAS EN NYLON COLOR NEGRO. PESO APROXIMADO DE RESISTENCIA DE 130 KGS. CATALOGO: ES-ALE400 MARCA: ERGOSTYLE.	Contestada en aclaración número 6 de la convocante
23	PARTIDA 144 LA CONVOCANTE SOLICITA: SILLA OPERATIVA.SOLICITO NOS PERMITA OFERTAR: SILLA SECRETARIAL ALTO 2 PALANCAS EDET. SILLA SECRETARIAL ALTO 2 PALANCAS EDET RESPALDO ALTO, ASIENTO Y RESPALDO CON INTERNO DE MADERA, TAPIZADO EN ACOJINAMIENTO CON ESPUMA DE 6cms x 24 kg/m ³ Y TAPA DE POLIPROPILENO. MECANISMO SYNCRO CON 2 PALANCAS PARA AJUSTE DE ALTURA. PALANCA PARA BLOQUEO Y DESBLOQUEO DEL RECLINAMIENTO, TAPIZADO EN TELA, COLOR NEGRO. CATALOGO: ES-MVRXALT2 MARCA ESGOSTYLE.	Contestada en aclaración número 6 de la convocante
24	PARTIDA 147 LA CONVOCANTE SOLICITA: PUPITRE TRIPLAY ASIENTO Y RESPALDO EN TRIPLAY PALETA DE TRIPLAY BARNIZADO AL NATURAL Y/O MDF ESTRUCTURA DE TUBULAR REDONDO DE 1 CAL. 18 REFORZADO CON PARRILLA DE 1/4. SOLICITO NOS PERMITA OFERTAR: PUPITRE TRIPLAY BARNIZADO. ESTRUCTURA TUBULAR REDONDO DE	Contestada en aclaración número 6 de la convocante



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL
ESTADO DE MORELOS

COORDINACIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN Y ADMINISTRACIÓN

Dirección General de Administración.

Dirección de Recursos Materiales.

	1" CALIBRE 18 REFORZADO, CON PARRILLA DE 1/4, PINTURA HORNEADA MICROPULVERIZADA NEGRA TEXTURIZADA. RESPALDO MODEADO ERGONOMICO, ASIENTO RECTO EN TRIPLAY DE 11 MM, PALETA DE TRIPLAY DE PINO DE 16 MM, BARNIZADO EN COLOR NATURAL O FORRADO CON LAMINADO PLASTICO. CATALOGO: ES-PT0540 MARCA ERGOSTYLE.	
25	PARTIDA 148 LA CONVOCANTE SOLICITA: MESA FABRICADA CON ESTRUCTURA METALICA DE TUBO 1X1 CAL. 18 CON REFUERZO TIPO H INFERIOR A 20CM CON PINTURA MICROPULVERIZADA HORNEADA A 200° COLOR NEGRO. INCLUYE TAPON REGATON PLANO EN POLIPROPILENO NEGRO DE ALTO IMPACTO CON CUBIERTA EN MADERA INDUSTRIALIZADA CON CICNTILLA DE PVC. SOLICITO NOS PERMITA OFERTAR: MESA INDIVIDUAL RECTANGULAR 80X60X75CM CUB. TRIPLAY CON LAMINADO PLASTICO. ESTRUCTURA FABRICADA EN PERFIL DE ACERO TUBULAR CUADRADO DE 1 1/4" CAL 18, CON CUBIERTA DE POLIPROPILENO, TRIPLAY CON LAMINADO PLÁSTICO CON CANTOS PULIDOS, MELAMINA DE 19 MM DE ESPESOR CON CUBRECANTOS EN MOLDURA «T» EN COLOR NEGRO. CATALOGO: MRI-005 MARCA: ERGOSTYLE.	Contestada en aclaración número 6 de la convocante
26	PARTIDA 157: SOLICITAN MALETIN DE RESCATE MOCHILA MEDIANA ROJA COLIBRI, SE SOLICITA A LA CONVOCANTE PODER OFERTAR: MALETA BOTIQUIN MEDIANA, MARCA: SUPER CONFORT, MEDIDAS 43 X30 X 19 CM, INCLUYE KIT DE PRIMEROS AUXILIOS: * 1 MALETA BOTIQUÍN. * 2 PAQUETES DE HISOPOS DE ALGODÓN. * 7 CURITAS PARA CERRAR HERIDA. * 3 VENDAJES TRIANGULARES. * 1 TORNIQUETE. * 1 TERMÓMETRO DE MERCURIO. * 8 SEGUROS. * 1 PINZAS DE PLÁSTICO. * 1 TIJERAS. * 1 MARTILLO DE SEGURIDAD. * 1 MASCARILLA DE RCP. * 2 CUBRE BOCAS. * 3 TIRAS REFLEJANTES. * 1 COMPRESA DE FRIO INSTANTÁNEO. * 2 VENDAS 7.5 X 4.5 CM * 2 VENDAS 5 X 4.5 CM * 2 PARCHES REFRESCANTES. * 2 ABATELENGUAS. * 1 CINTA ADHESIVA MÉDICA. * 50 CURITAS GRANDES. * 10 CURITAS CHICAS. * 10 CURITAS CIRCULARES. * 1 MANTA TÉRMICA. * 2 GASAS DE 2"X2" * 2 GASAS ESPONJA DE 7.5 X 7.5 CM * 1 PAR DE GUANTES. * 2 TOALLITAS DE LIMPIEZA DESECHABLES. * 2 TOLLITAS ANTISÉPTICAS. * 2 TOALLITAS HUMEDAD CON JABÓN. * 4 TOALLITAS DE PREPARACIÓN DE POVIDONA YODADA. * 4 TOALLITAS PARA ALIVIAR PICADURAS. * 40 TOALLITAS CON ALCOHOL. * 1 CINTA ADHESIVA 6 X 10 CM * 1 ALMOHADILLA BANDA ADHESIVA DE 6 X 7 CM * 1 IMPERMEABLE.	Contestada en aclaración número 6 de la convocante
27	PARTIDA 160 LA CONVOCANTE SOLICITA: ESCRITORIO FABRICADO EN MADERA INDUSTRIALIZADA RECUBIERTA CON MELAMINA A DOS CARAS EN 28/19 MM. CAJONERA CON 1 CAJON PAPELERO Y 1 ARCHIVERO CON JALADERA DE ALUMINIO. CERRADURA GRAL Y CORREDERAS DE MAXIMA EXTENCIÓN EMBALINADAS REGATONES NIVELADORES DE POLIPROPILENO DE ALTO IMPACTO. SOLICITO NOS PERMITA OFERTAR: ESCRITORIO RECTO CON PEDESTAL ARVEL. FABRICADO EN MELAMINA DE 28 MM CON ACABADO EN LOS CANTOS EN PVC DE 1 MM, PEDESTAL CON UN PAPELERO Y UN ARCHIIVERO, DE	Contestada en aclaración número 6 de la convocante





UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL
ESTADO DE MORELOS

COORDINACIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN Y ADMINISTRACIÓN

Dirección General de Administración.

Dirección de Recursos Materiales.

	MELAMINA. DIMENSIONES FRENTE: 100 CM X ALTURA 73 CM X FONDO DE CUBIERTA DE 60 CM. CATALOGO: ES-SDLGAN2 MARCA ERGOSTYLE.	
28	PARTIDA 163 LA CONVOCANTE SOLICITA: SILLA CON RESPALDO Y ASIENTO EN TELA DE POLIPROPILENO. SOLICITO NOS PERMITA OFERTAR: SILLA VISITA ISO TAPIZADO SIN BRAZOS. ESTRUCTURA DE ACERO TUBULAR OVALADO DE 5/8" X 1 1/8 CALIBRE 16, ASIENTO Y RESPALDO MOLDEADOS ERGONOMICAMENTE, TAPIZADO EN TELA, COLORES A ELEGIR. ASIENTO Y RESPALDO HULE ESPUMA DE POLIURETANO FLEXIBLE DE 24 KG/M DE DENSIDAD. CATALOGO: ES-MVISOT MARCA ERGOSTYLE.	Contestada en aclaración número 6 de la convocante
29	PARTIDA 172 LA CONVOCANTE SOLICITA: ANAQUEL METALICO CONSTA DE 4 POSTES Y 2.20 CALIBRE 14 GRADO INDUSTRIAL. SE PROCESAN CON LAMINA CALIENTE DECAPADA EN GRADO 1008, QUE CUENTA CON 75 MILESIMAS DE ESPESOR, QUE EQUIVALE A CALIBRE 14, CON UN DESARROLLO DE 3.5 CM POR LADO PARA HACER UN TOTAL DE 7CMS. CON AGUJEROS CADA 5 CM, PARA DAR SUFICIENTE VERSATILIDAD. PINTURA EN POLVO ROLADA EN FRIO. DIMENSIONES ALTO 220 CM, 6 ENTREPAÑOS 85X60 CAL. 22 FABRICADO EN LAMINA ROLADA EN FRIO CALIBRE 22. ACABADO EN PINTURA EN TODO EL EPOXI-POLIESTER APlicada ELECTROSTATICAMENTE HORNEADA A 200° LOS ENTREPAÑOS SE PROCESAN CON LAMINA ROLADA DE PRIMERA CALIDAD, LA LAMINA ES DE GRADO 1008 PARA DAR MAS RESISTENCIA CALIBRE 22, CON CAPACIDAD DE CARGA DE 100KG. DISTRIBUIDOS EN TODA LA SUPERFICIE, CON AGUJEROS CADA 5 CM, PARA LA SUFICIENTE VERSATILIDAD PARA CADA USO. COLOR GRIS INDUSTRIAL. INCLUYE TORNILLERIA (8 JUEGOS) DE JUEGOS DE TORNILLOS 1/4 X 1/2 HEXAGONAL GALVANIZADO POR ENTREPAÑO CODIGO 6091. NO INCLUYE INSTALACION Y NI ARMADO. SOLICITO NOS PERMITA OFERTAR: ANAQUEL ESQUELETO DE 6 ENTREPAÑOS FABRICADO ENTREPAÑOS DE LAMINA DE ACERO CAL. 22, REFORZADAS CON CANALETAS DE LAMINA DE ACERO, PERFORACIONES EN FORMA OVAL PARA TORNILLOS, DE 1/4" DE DIÁMETRO CON TUERCA, ACABADO GALVANIZADO, POSTES DE LAMINA DE ACERO CAL. 16 EN FORMA DE "L", CON PERFORACIONES PARA SU ARMADO. ACABADO EN ESMALTE MEDIDAS: 91X45X220CMANAQUEL ESQUELETO DE 6 ENTREPAÑOS DE 91 X 45 X 220 EN ACERO CALIBRE 22 CATALOGO: HEL-HM02- 1 MARCA HERLIS.	Contestada en aclaración número 6 de la convocante
30	PARTIDA 173 LA CONVOCANTE SOLICITA: BANCO FABRICADO EN ESTRUCTURA TUBULAR REDONDO DE 3/4 CALIBRE 18. ACABADO EN PINTURA, MICRO PULVERIZADA, COLOR BLANCO, ASIENTO EN POLIPROPILENO DE ALTA DENSIDAD COLOR NEGRO. SOLICITO NOS PERMITA OFERTAR: BANCO LABORATORIO ASIENTO POLIPROPILENO. ESTRUCTURA FABRICADA EN TUBULAR REDONDO DE 1" CALIBRE 18 CON UN ARO FABRICADO EN TUBULAR REDONDO DE 1/2 CALIBRE 18 Y PLACA DE LAMINA DE ACERO, CALIBRE 14. ACABADO EN PINTURA HORNEADA ELECTROSTÁTICA, ASIENTO DE POLIPROPILENO. CATALOGO: ES-EB04 MARCA ERGOSTYLE.	Contestada en aclaración número 6 de la convocante
31	PARTIDA 177: SOLICITAMOS AL CONVOCANTE NOS PERMITA UN TIEMPO DE ENTREGA DE 90 DÍAS HÁBILES.	Apegarse a lo establecido en el Apartado VI. Observaciones para el proveedor adjudicado, numeral 1 Plazo, lugar y condiciones para la entrega de los bienes adquiridos, inciso A) Plazo: Los bienes deberán ser entregados conforme al plazo de entrega que se señale en la propuesta técnica para cada una de las partidas ofertadas, el que se estipule en el cuerpo del fallo, o bien, el establecido en el contrato pedido correspondiente, en caso de que no se haga mención del plazo de entrega, se entenderá que éste es de treinta días naturales.
32	PARTIDA 178: SOLICITAN LECTOR DE MICROPLACAS MARCA: PKL LECTURA DE PLACAS: LEE PLACAS DE 48 Y 96 POZOS. FUENTE DE LUZ: LÁMPARA DE HALÓGENO-TUNGSTENO. DE 6V, 10W RANGOS DE LONGITUD DE ONDA: CUBRE UN RANGO DE 400- 750 NM CON FILTROS ÓPTICOS QUE PUEDEN INCLUIR 405, 450, 492 Y 630 NM, CON UN MÁXIMO DE 8 FILTROS. VELOCIDAD DE LECTURA: PUEDE LEER UNA PLACA DE 96 POCILLOS EN MENOS DE 3 SEGUNDOS A UNA LONGITUD DE ONDA SIMPLE. RESOLUCIÓN: 0.0001a REPETIBILIDAD: <0.1% *-0.0025a PANTALLA: CUENTA CON UNA PANTALLA TÁCTIL DE 8" ALMACENAMIENTO: PUEDE GUARDAR MÁS DE 300 PROGRAMAS DE PRUEBA Y	Se acepta





UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL
ESTADO DE MORELOS

COORDINACIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN Y ADMINISTRACIÓN

Dirección General de Administración.

Dirección de Recursos Materiales.

	RESULTADOS DE HASTA 50 PLACAS DE 96 POZOS, ADEMÁS DE 100,000 RESULTADOS DE PRUEBAS. INTERFACES: TIENE INTERFACES USB, RS232, VGA Y LAN PARA LA COMUNICACIÓN CON OTROS DISPOSITIVOS. ALIMENTACIÓN: GG12, SE SOLICITA AL CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR EL PRODUCTO CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: LECTOR DE MICROPLACAS. MODELO AMR-100, PANTALLA: TÁCTIL DE 7 PULGADAS (800 X 480 PÍXELES), FUENTE DE ILUMINACIÓN: LÁMPARA DE CUARZO-HALÓGENO 6V/10W, LONGITUD DE Onda: 340-750 NM, FILTROS ÓPTICOS INCLUIDOS: 405, 450, 492 Y 630NM, ANCHO DE BANDA: 8 - 10 NM, INTERVALO DE LECTURA: 0 ~ 4.000 ABS, LINEALIDAD: (405NM) 0 ~ 2.000ABS: $\leq \pm 1\%$, 2 ~ 4.000ABS: $\leq \pm 2\%$, RESOLUCIÓN: 0.001 ABS, EXACTITUD (405NM) 0 - 3 ABS: $\pm 1\%$, 3 - 4 ABS: $\pm 3\%$, PRECISIÓN: 0 - 3 ABS: CV $\leq 0.2\%$, 3 - 4 ABS: CV $\leq 1\%$, TIEMPO DE LECTURA: < 6s PARA PLACA DE 96 POZOS, INCUBADORA: NO, AGITACIÓN: 3 NIVELES: LENTA, MEDIA Y RÁPIDA, INTERFAZ DEL USUARIO: SOFTWARE INTEGRADO O SOFTWARE PARA CONEXIÓN CON PC (NO INCLUIDO), OPERACIÓN: PANTALLA TÁCTIL, 3 TECLAS EXTERNAS, ALMACENAMIENTO: 200 PROGRAMAS Y 100,000 REGISTROS DE PRUEBAS, PUERTOS: 3 PUERTOS, PARA PC, IMPRESORA Y USB, ALIMENTACIÓN: CA 100-240V, 50-60HZ, 2a, DIMENSIONES: 440 X 295 X 225 MM, PESO: 10 KG.	
33	PARTIDA 187 LA CONVOCANTE SOLICITA: BANCO DE LABORATORIO, ESTRUCTURA FABRICADA EN TUBULAR REDONDO DE 7/8 CAL. 18 CON UN ARO FABRICADO EN TUBULAR REDONDO DE 3/4 CAL. 18 ELECTROSTATICA MICROPULVERIZADA, ASIENTO DE TRIPPLAY 7/8 GALLETA DE 1". SOLICITO NOS PERMITA OFERTAR: BANCO LABORATORIO ASIENTO TRIPPLAY. ESTRUCTURA FABRICADA EN TUBULAR REDONDO DE 1" CALIBRE 18 CON UN ARO FABRICADO EN TUBULAR REDONDO DE 1/2" CALIBRE 18 Y PLACA DE LAMINA DE ACERO CALIBRE 14. ACABADO EN PINTURA HORNEADA ELECTROSTATICA. ASIENTO DE TRIPPLAY BARNIZADO.	Contestada en aclaración número 6 de la convocante
34	PARTIDA 190 LA CONVOCANTE SOLICITA: MESA DE EXPLORACIÓN, FABRICADA EN LAMINA, ACABADO EN PINTURA HORNEADA COLOR ARENA, CON DOS PUERTAS CORREDIZAS Y TRES CAJONES CENTRALES DEL MISMO MATERIAL DE LA ESTRUCTURA. DE LAMINA NEGRA ACABADO EN PINTURA HORNEADA EN COLOR ARENA, CON SISTEMA DE LUZ ELECTRICA CON UN CONTACTO SENCILLO. TRES POSICIONES EN LA PIECERA CON SISTEMA DE COLUMPIO. TRES POSICIONES EN EL RESPALDO CON SISTEMA DE COLUMPIO-SISTEMA DE SANGRESA-SISTEMA DE LUZ ELECTRICA CON UN CONTACTO BASICO. SOLICITO NOS PERMITA OFERTAR: FABRICADO EN LAMINA DE ACERO, ACABADO EN PINTURA HORNEADA CON DOS PUERTAS LATERALES, 3 CAJONE EN MEDIO, CON JALADERA INTEGRADA, "REPIZA DESLIZABLE", TOMA DE CORRIENTE "CUBIERTA DE MADERA DE PINO TAPIZADO CON HULE ESPUMA ACABADO EN VINIL, DIVIDIDA EN 3 SECCIONES, RESPALDO ABATBLE CON SISTEMA DE CANDADO Y PIECERO ABATIBLE CON SISTEMA DE CREMELLER EQUIPADA CON BALLONETAS CROMADAS, PIERNERAS Y PERILLAS DE PLÁSTICO NEGRO. MARCA MEDITEMS.	Contestada en aclaración número 6 de la convocante
35	PARTIDA 191 LA CONVOCANTE SOLICITA: ESCRITORIO SAMARA 28/16 MM. SOLICITO NOS PERMITA OFERTAR: ESCRITORIO RECTO CON PEDESTAL ARVEL. FABRICADO EN MELANINA DE 28 MM CON ACABADO EN LOS CANTOS EN PVC DE 1 MM. PEDESTAL CON UN PAPELERO Y UN ARCHIVERO. VARIOS COLORES DE MELANINA. DIMENSIONES: FRENTE: 100 M X ALTURA DE 73 CM X FONDO DE CUBIERTA 60 CM. CATALOGO: ES-SDLGAN2 MARCA ERGOSTYLE.	Contestada en aclaración número 6 de la convocante.
36	PARTIDA 192 LA CONVOCANTE SOLICITA: ARCHIVERO 4 GAVETAS HORIZONTAL. FABRICADO EN MELAMINA LINEA REFORZADA 28/16 MM. SOLICITO NOS PERMITA OFERTAR: ARCHIVERO HORIZONTAL DE 4 GAVETAS LORCA. FABRICADO EN MELAMINA CON CORREDERAS EMBALADAS DE EXTENSIÓN TOTAL, SISTEMA DE PORTA FOLDER COLGANTE OFICIO Y CARTA, CERRADURA FRONTAL MULTIPLE, JALADERAS CROMO SATIN Y NIVELADORES. ALTURA: 134 CM, ANCHO: 80CM, PROFUNDIDAD: 50 CM. CATALOGO: ES-SMAH4 MARCA ERGOSTYLE.	Contestada en aclaración número 6 de la convocante.
37	PARTIDA 193 LA CONVOCANTE SOLICITA: ANAQUEL. FABRICADO EN METAL 5 ENTREPAÑOS CAL 22. Y 4 POSTES. CAL. 14. SOLICITO NOS PERMITA OFERTAR: ANAQUEL FABRICADO EN METAL 5 ENTREPAÑOS CAL. 22 CAL. ACABADO EN PINTURA. DIMENSIONES DE 91 CM X 45 CM X 220 CM ALTURA. MARCA MEDITEMS.	Contestada en aclaración número 6 de la convocante.
38	PARTIDA 196 LA CONVOCANTE SOLICITA: ANAQUEL, CUENTA CON 8 CASILLEROS. FABRICADO EN MALAMINA BLANCA DE 16 MM, FORRADO CON LAMINADO PLASTICO.	Contestada en aclaración número 6 de la convocante.



Av. Universidad 1001 Col. Chamilpa, Cuernavaca Morelos, México, 62209, Torre de Rectoría,
Tel. (777) 329 70 00, Ext. 3120 licitaciones.drm@uaem.edu.mx, julio_dominguez@uaem.mx

gabriela.munoz@uaem.mx y gabriela.salgado@uaem.mx

UAEM
RECTORÍA

2023-2029



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL
ESTADO DE MORELOS

COORDINACIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN Y ADMINISTRACIÓN

Dirección General de Administración.

Dirección de Recursos Materiales.

	SOLICITO NOS PERMITA OFERTAR: ANAQUEL DE 8 ENTREPÁÑOS, 30X85CM CALIBRE 22 EN COLOR ARENA, POSTE DE 2.0 EN CALIBRE 16, COLOR ARENA. MARCA DELGADO Y COMPAÑÍA.	
39	PARTIDA 199 LA CONVOCANTE SOLICITA: LOCKER METALICO DE 3 PUERTAS CON MANIJA DE PLASTICO Y PORTA CANDADO FABRICADO EN LAMINA ROLADA EN FRIO CAL 22 Y PROTEGIDA CON PINTURA ELECTROSTÁTICA HORNEADA EN 12 COLORES. SOLICITO NOS PERMITA OFERTAR: LOCKER METALICO 3 PUERTAS 38X45X180. FABRICADO EN LAMINA DE ACERO ROLADA EN FRIO CALIBRE 24 SAE10-08 DE PRIMERA CALIDAD, ACABADO DE PINTURA EN POLVO EPOXIOPOLIESTER MICROPULVERISADA, APLICADA ELECTROSTATICAMENTE Y TERMOENDURECIDA A 200°C. CATALOGO: ES-CLTY3P MARCA ERGOSTYLE.	Contestada en aclaración número 6 de la convocante.
40	PARTIDA 209: SOLICITAN: SIMULADOR DE PARTO Y EMERGENCIA MATERNA Y NEONATAL MARCA: AR LAB MODELO: SIMP-URG, SE SOLICITA A LA CONVOCANTE PODER OFERTAR: SIMULADOR DE PARTO MATERNO Y NEONATAL LIFE. MARCA: NASCO.	Contestada en aclaración número 6 de la convocante.
41	PARTIDAS 232, 235, 238, 236, 240, 241, 243, 260, 263, 274, 284, 285, 286, 290, 291, 301, SOLICITAN MARCA KARAL, SOLICAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR UNA MARCA DIFERENTE.	Contestada en aclaración número 6 de la convocante.
42	PARTIDAS 234, 238, 242, 244, 245, 246, 262, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 288, 289, 292, 294, 295, 297, 299. SOLICITAMOS AL CONVOCANTE NOS PERMITA UN TIEMPO DE ENTREGA DE 65 DÍAS HÁBILES.	Contestada en solicitud de aclaración número 31 del propio licitante.
43	PARTIDA 237: SOLICITAN ACIDO ACÉTICO GLACIAL MARCA KARAL. SOLICITAMOS AL CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTA ACIDO ACÉTICO GLACIAL RA, MARCA TECSIQUIM, CATÁLOGO AT0035-4, PRESENTACIÓN DE 1 LITRO, 5 PIEZAS, DE ACUERDO A LOS LITROS REQUERIDOS.	Contestada en aclaración número 6 de la convocante.
44	PARTIDA 240, 285, 301, SOLICITAN REACTIVO CALIDAD R.A, SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR CALIDAD A.C.S.	Contestada en aclaración número 6 de la convocante.
45	PARTIDA 259 SOLICITAN: ACETO ORCEINA SOLUCION CANT/ENV: 125 ML MARCA: HYCEL SE SOLICITA AL CONVOCATE NOS PERMITA OFERTAR EL PRODUCTO CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS ACETO ORCEINA SOLUCION FRASCO DE 125 ML MARCA: MEYER	Contestada en aclaración número 6 de la convocante.
46	PARTIDA 324 SOLICITAN: VARILLA DE AGITACIÓN MAGNETICA CIL C/ANILLO 30*6mm, SE SOLICITA AL CONVOCATE NOS PERMITA OFERTAR EL PRODUCTO CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: VARILLA AGITADORA MAGNÉTICA RECUBIERTAS DE TEFLÓN PTFE (CILÍNDRICA) 30X8MM. MODELO CRM-25C TEMPERATURA MÁXIMA DE USO 270°C.	Se acepta la propuesta de acuerdo con las características señaladas
47	PARTIDA 325 LA CONVOCANTE SOLICITA: MONITOR DE PRESIÓN ARTERIAL OMRON. GUÍA DE AJUSTE DE BRAZALETE DETECTOR DE LATIDO IRREGULAR Y DE ERROR DE MOVIMIENTO 30 MEMORIAS EN EL DISPOSITIVO CON FECHA Y HORA, SIMBOLO DE HIPERTENSIÓN. SOLICITO NOS PERMITA OFERTAR: BAUMANOMETRO DIGITAL CON BRAZALETE UNIVERSAL BM27, MEDIDOR DE PRESIÓN ARTERIAL CON DETECTOR DE ARRITMIAS. CÁTALOGO: BM27 MARCA: BEURER	Se acepta la propuesta de acuerdo con las características señaladas
48	PARTIDA 326 SOLICITAN: TERMÓMETRO -20/150°C (ALCOHOL) I.T.Lo-Tox INMERSIÓN TOTAL Lo. Tox ALCOHOL SE SOLICITA AL CONVOCATE NOS PERMITA OFERTAR EL PRODUCTO CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: CÁTALOGO: BNN-44-809-8, TERMÓMETRO DE LABORATORIO LO-TOX TM INMERSIÓN TOTAL, RANGO-35 a 50°C DIVISIÓN: 1.0°C RELLENO: LO-TOX TM AZUL MARCA: BRANNAN	Se acepta la propuesta de acuerdo con las características señaladas
49	PARTIDA 327 SOLICITAN: BALANZA COMPACTA 2000g CAPACIDAD DE PESAJE:2000g LEGIBILIDAD: 0.1g, REPETIBILIDAD: +-0.01g, LINEALIDAD: +-0.1g, UNIDADES DE PESAJE: g, kg,oz, ozt, lb CALIBRACIÓN: EXTERNA, DIMENSIONES DEL PLATO: 130mm DE DIÁMETRO TIEMPO DE ESTABILIZACIÓN: 1.5 segundos DISPLAY: LCD, ALTURA DE DIGITO 20mm CARCASA: PLÁSTICO ABS, AMBIENTE DE OPERACIÓN: TEMPERATURA: 10° 30°C, HUMEDAD: 20%-80%, DIMENSIONES GENERALES: 230x170x40 mm ALIMENTACIÓN: CA 110/240V, 50/60Hz Y 4 BATERIAS AAA. SE SOLICITA AL CONVOCANTE ACEPTE EL PRODUCTO CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: BALANZA DE PRECISIÓN DIGITAL CAP. 2000 G Y SENSIBILIDAD DE 0.1 G., REPETIBILIDAD 0.1 G, LINEARIDAD +-0.1 G, MINIMO PESO 0.1 G, DISPLAY LCD DE 7 SEGMENTOS Y 16 MM DE ALTURA, PLATO DE ACERO INOXIDABLE DE 133 X 170 MM, CONTROL CON MODO DE PUESTA A CERO, SELECCIÓN DE MODO Y SALIDA DE DATOS CON INTERFASE RS-232C ESTÁNDAR, FUNCIÓN DE COMPARACIÓN ESTÁNDAR (ALTO, OK, BAJO), CALIBRACIÓN DIGITAL CON AJUSTE DE MASA OPCIONAL DEFINIBLE POR EL USUARIO. DISEÑO RESISTENTE, COMPACTO Y PORTÁTIL, PANEL DE CONTROL SELLADO PARA PROTECCIÓN CONTRA POLVO Y DERRAMES., PROTECCIÓN CONTRA SOBRECARGA COMPATIBLES CON	Se acepta la propuesta de acuerdo con las características señaladas





UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL
ESTADO DE MORELOS

COORDINACIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN Y ADMINISTRACIÓN

Dirección General de Administración.

Dirección de Recursos Materiales.

	LAS GLP., MEDIDAS: 19 CM DE ANCHO X 21.8 CM DE FONDO X 5.3 CM DE ALTO. OPERA CON ADAPTADOR AC.	
50	PARTIDA 330 LA CONVOCANTE SOLICITA: NAVAJA P/BISTURI # 10 A.C C/100 PIEZAS M3. SOLICITO NOS PERMITA OFERTAR: CAJA HOJA DE BISTURI ALTO CARBON # 10 MARCA HERGOM MEDICAL.	Se acepta la propuesta de acuerdo con las características señaladas
51	PARTIDA 331 LA CONVOCANTE SOLICITA: LANCETA UNIVERSAL C/100 PIEZAS. SOLICITO NOS PERMITA OFERTAR: LANCETA ESTANDAR CON 100 PIEZAS CATALOGO: LT MARCA: MERCY.	Se acepta la propuesta de acuerdo con las características señaladas

B. Preguntas del licitante **Control Técnico y Representaciones S.A. de C.V.**

No	PREGUNTA	RESPUESTA
1	Partida 177 BAÑO DE BLOQUE SECO. Se solicita amablemente a la convocante aclarar ¿Para qué tipo de tubos son necesarios los bloques del baño seco?	Tubos Eppendorf de 1.5 MM
2	Rubros material y equipo de laboratorio / reactivos. ¿Se aceptan propuestas de marcas diferentes a las que solicitan, cumpliendo con las especificaciones?	Contestada en aclaración número 6 de la convocante
3	Apartado VI, 1. A) Plazo Solicitamos amablemente a la convocante nos permita ampliar el tiempo de entrega a 90 días o más. ¿Se acepta nuestra solicitud?	Contestada en solicitud de aclaración número 31 del licitante Detección Molecular y Asesoría Analítica S.A. de C.V.

C. Preguntas del licitante **Distribuidora Arvijo S.A. de C.V.**

No	PREGUNTA	RESPUESTA
1	Se solicita a la Convocante nos proporcione el ARCHIVO DE ISOMÉTRICOS de la presente Licitación.	Contestada en aclaración número 7 de la convocante.
2	Con respecto al PUNTO 3. GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO, se sigue aceptando como GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO la entrega de CHEQUE CERTIFICADO?	Contestada en aclaración número 9 de la convocante.
3	Se solicita a la Convocante con respecto a la Partida 4 y 5 que nos proporcione ISOMETRICO con las medidas exactas de la BUTACA CON SISTEMA DE PALETA ABATIBLE, y por las características citadas, se entiende que NO INCLUYE INSTALACIÓN,	Contestada en aclaración número 7 de la convocante.
4	Con respecto a las PARTIDAS 141, 142, 147, 148, 164, 182, 183, 192, 216, 222, se solicita la convocante nos proporcione la IMAGEN Y AMPLIACIÓN de características de los bienes.	Contestada en aclaración número 7 de la convocante.
5	Con respecto a las PARTIDAS 143, 144, 183, 181, 186, 191, 193, 221, 224, 225, 226, sólo se hace referencia al NOMBRE DEL BIEN, no hay características, se solicita a la convocante amplie las mismas y nos proporcione IMAGEN ò ISOMÉTRICO del mismo.	Contestada en aclaración número 7 de la convocante.
6	Con respecto a la PARTIDA 155 MESA DE METAL PARA PICNIC, solicitamos nos proporcionen el PLANO ISOMÉTRICO, dónde aparezca el diseño, dimensiones, calibres y altura de la misma.	Contestada en aclaración número 7 de la convocante.
7	Con respecto a la PARTIDA 159 SILLA DE PALETA DE CONCHA CON PALETA AMBIESTRA, se solicita a la convocante nos proporcione el plano isométrico y el diseño de la PALETA AMBIESTRA.	Contestada en aclaración número 7 de la convocante.
8	Con respecto a la PARTIDA 185, 187 BANCO DE MADERA, se solicita a la Convocante cambio nos permita entregar el BANCO CON LA GALLETA (asiento) de POLIPROPILENO, ya que es un material mucho más durable, resistente y cómodo, ¿se acepta?	Contestada en aclaración número 6 de la convocante.
9	Con respecto a la PARTIDA 210 PUPITRE, queremos hacer la aclaración que si se trata de PALETA IZQUIERDA no existe en polipropileno, sería de Triplay forrada de laminado plástico. Se solicita a la convocante nos corrobore el dato, es decir si hay combinación de ZURDAS Y DIESTRAS Y LAS CANTIDADES. Para presentar la muestra correcta	Se definirá con el proveedor adjudicado
10	Con respecto a la PARTIDA 363 PODIUM, se solicita a la Convocante nos proporcione ISOMÉTRICO del mismo, así como LOGOTIPO y tamaño que deberá llevar	Contestada en aclaración número 7 de la convocante.





UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL
ESTADO DE MORELOS

COORDINACIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN Y ADMINISTRACIÓN

Dirección General de Administración.

Dirección de Recursos Materiales.

D. Preguntas del licitante Skill Technology S.A. de C.V. -----

No	PREGUNTA	RESPUESTA
1	En caso de estar en trámite de registro en el Padrón de Proveedores, toda vez que la documentación ya se subió a la plataforma sin embargo se encuentra en revisión ¿en ese sentido para cumplir con dicho requisito se acepta manifiesto indicando esta situación?	Se acepta.
2	En cuanto al requisito estado de cuenta solicitado en la página 15 ¿se acepta carátula del mismo con cantidades cubiertas en el que se pueda ver la CLABE interbancaria?	Se acepta.
3	En la propuesta técnica expuesta en el anexo 1 de la licitación LP15/2025 se expresan marcas y modelos específicos, ¿el licitante podrá ser considerado si oferta diferentes marcas y modelos con las mismas especificaciones técnicas?	Contestada en aclaración número 6 de la convocante.
4	En el apartado "VI. Observaciones para el proveedor adjudicado" numero 1, inciso a, Solo se expresa que, en caso de no mencionar el tiempo de entrega en el anexo técnico, se considera un tiempo de entrega de treinta días. ¿La convocante puede considerar tiempos de entrega de hasta 150 días naturales?	Contestada en solicitud de aclaración número 31 del licitante Detección Molecular y Asesoría Analítica S.A. de C.V.
5	En el apartado "VI. Observaciones para el proveedor adjudicado" numero 4, se menciona que la convocante no otorgará anticipo en el presente procedimiento. ¿La convocante puede considerar hacer excepciones y otorgar un 50% de anticipo en algunos de los bienes adjudicados?	Apegarse a lo establecido en el Apartado VI. Observaciones para el proveedor adjudicado, numeral 4 Anticipos. La convocante no otorgará anticipo en el presente procedimiento.

A continuación, se pregunta a los Licitantes si han quedado resueltos sus cuestionamientos en función de las respuestas dadas por la convocante en la presente junta de aclaraciones; en uso de la voz los licitantes manifiestan que han quedado resueltas sus solicitudes de aclaración. -----

Ahora bien, en términos del artículo 29 del Reglamento General de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, y conforme a lo establecido en el Apartado II. Información Específica del Procedimiento, Numeral 1. Acto de Junta de Aclaraciones, inciso H) de las Bases de Licitación, las Aclaraciones derivadas de la presente Junta formarán parte integrante de la Convocatoria a la Licitación LP15/2025, y deberán ser consideradas por los licitantes en la elaboración de sus propuestas. -----

Las preguntas recibidas con posterioridad al día y hora del presente Acto de Junta de Aclaraciones, no serán contestadas por resultar extemporáneas, ni se integrarán al expediente respectivo, excepto aquellas que serán contestadas en caso de que se determine celebrar ulteriores Juntas de Aclaraciones relacionadas con las Bases de Licitación. -----

De conformidad con establecido en el artículo 30 del Reglamento General de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, no ha lugar a celebrarse una ulterior Junta de Aclaraciones, por lo que ésta es la última. -----

Se reitera a los licitantes, que el **Acto de Presentación y Apertura de Propuestas**, se llevará a cabo a las **once horas del día tres de julio año dos mil veinticinco**, en las oficinas de la Dirección de Recursos Materiales de esta Universidad, ubicadas en Avenida Universidad número 1001, Col. Chamilpa en la ciudad de Cuernavaca, Morelos, C.P. 62209, primero piso de la Torre de Rectoría. -----





UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL
ESTADO DE MORELOS

COORDINACIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN Y ADMINISTRACIÓN

Dirección General de Administración.

Dirección de Recursos Materiales.

Para efectos, de lo establecido en el Apartado II. Información Específica del Procedimiento, numeral 1. Acto de Junta de Aclaraciones, inciso J), la presente Acta se publicará el día de hoy, en el sitio web de la Universidad www.uaem.mx, para efectos de su notificación a los participantes que no hayan asistido al acto. Así mismo, se entrega copia a los licitantes que asistieron.

No habiendo otro asunto más que tratar, siendo las 12:20 horas, se da por terminada la presente Junta de Aclaraciones.

"Por Parte de la Institución"

Mtra. Sabrina del Carmen Sánchez Sánchez
Directora General de Administración

Lic. Gabriela Muñoz Brito
Directora de Recursos Materiales

Lic. Gabriela Salgado Pérez
Coordinadora de Ingresos

C.P. Julio Cesar Domínguez Hidalgo
Asistente Técnico de la Dirección de Recursos Materiales

"Por el Órgano Interno de Control"

Lic. Jorge Luis Aviles Jaimes
Jefe del Departamento de Quejas, Sanciones e Inconformidades

"Por los Licitantes"

Clima Ideal S.A. de C.V.
Pamela Amairani Juárez Martínez

Control Técnico y Representaciones S.A. de C.V.
Emmanuel Esay García Molina

Distribuidora Arvijo S.A. de C.V.
Perla Archundia Díaz

"La presente hoja de firmas, forma parte integrante del acta de Junta de Aclaraciones de fecha veintiséis de junio del año dos mil veinticinco, celebrada dentro del procedimiento de Licitación Pública Presencial Nacional LP15/2025 "Adquisición de mobiliario, reactivos, material y equipo de laboratorio y aire acondicionado para la Universidad Autónoma del Estado de Morelos".



Av. Universidad 1001 Col. Chamilpa, Cuernavaca Morelos, México, 62209, Torre de Rectoría,
Tel. (777) 329 70 00, Ext. 3120 licitaciones.drm@uaem.edu.mx, julio_dominguez@uaem.mx,
gabriela.munoz@uaem.mx y gabriela.salgado@uaem.mx